

## **Ampisilliini, IgE vasta-aineiden ja Amoksisilliini, IgE vasta-aineiden määrittysten tuotantokatkos**

### **Tutkimukset:**

Ampicillin (Ampicillin, nro 464)

Amoxycillin (Amoxycilli, atk nro 465)

Allergeenispesifisten IgE-luokan vasta-aineiden määrittymiset ampisilliinia ja amoksisilliinia kohtaan joudutaan keskeyttämään toistaiseksi koska menetelmävalmistaja Thermo Fisher Scientific, Phadia Oy on keskeyttänyt näissä määrittymisissä käytettävien reagenssien toimitukset laboratorioille reagenssien stabiilisuudessa havaitun poikkeaman vuoksi. Menetelmävalmistajan ennakoarvion mukaan reagensseja olisi jälleen saatavilla vasta syksyllä 2018. Reagenssien toimitus on keskeytynyt myös muille laboratorioille, joten alihankinta muilta laboratorioilta ei ole mahdollista. Myöskään vaihtoehtoista määrittymismenetelmää ei ole käytettävissä.

Tutkimuksia on edelleen kuitenkin mahdollista tilata, ja niitä varten otetut näytteet säilytetään pakastettuina ilman eri pyyntöä. Määrittymiset tehdään ja tulokset vastataan näytteiden saapumisjärjestyksessä, kun tarvittavia reagensseja on jälleen saatavilla.

### **Tiedustelut:**

Skem Heidi Berghäll, (31) 30631; Oyl Pertti Koskinen, (31) 31890

Pertti Koskinen  
osastonylilääkäri  
Tykslab, kl. kemia

Paula Grönroos  
ylilääkäri, vastualuejohtaja  
Tykslab

Jakelu: VSSHP:n yksiköt, Turun hyvinvointitoimiala, VSSHP:n alueen terveyskeskukset, Tykslab muut asiakkaat.