

Tutkimusprojektien ei-ydintiedoksi luokitellut tulokset voivat näkyä virheellisesti ydintietona

Laboratorion My+-tietojärjestelmässä (Weblab Clinical-järjestelmän seuraaja) on havaittu virhe, joka ilmenee siten, että tutkimusprojektikäyttöön ei-ydintiedoksi luokiteltu laboratoriotulos tallentuu luokittelusta huolimatta ydintiedoksi mikäli näytteenotossa on käytetty My+-järjestelmää. My+-järjestelmä otettiin vuonna 2017 käyttöön Loimaan ja Turunmaan sairaaloissa, joissa otetaan vain vähän projektinäytteitä. Kantasairaalassa My+-järjestelmä otettiin näytteenottokäyttöön syksyllä 2019.

Ydintietomäärittelyn tarkoitus on ohjata laboratoriotutkimusten tulosten raportointia. Tulokysely- ja potilaskohtainen tulokertymä-toiminnoissa järjestelmän käyttäjä voi valita tarkasteleeko hän ydintietoja, ei-ydintietoja vai molempia. Päiväkertymiin tulostuvat aina sekä ydintiedot että ei-ydintiedot. Ohjauksen tarkoitus on mahdollistaa sellaisten tulosten erottautuminen, joilla on informaatioarvo ainoastaan sitä tutkimusta koskien, jota varten kyseiset laboratoriotutkimukset on tilattu.

Tutkimusten vastaukset ovat raportoituneet sisällöltään sinänsä virheettömästi. Poikkeama vaikuttaa ainoastaan raportoinnin tulosraporttikohtaiseen ohjaukseen.

Ohjelmistotoimittaja Mylab Oy on löytänyt ratkaisun ongelmaan ja ilmoittanut korjauksen valmistuvan lokakuussa 2020. Lisäksi virheellisesti ydintiedoksi luokitellut tulokset pyritään mahdollisimman pian siirtämään ei-ydintiedoksi. Vielä emme pysty arvioimaan tämän korjauksen aikataulua.

Pahoittelemme ohjelmistovirheestä ei-ydintiedoksi luokiteltujen tutkimusten tilaajille mahdollisesti aiheutunutta haittaa.

Allekirjoitukset

Ari Törmä
ylikemisti
Tykslab
Laboratoriotoimialue

Pia Leino
vt. vastuualuejohtaja
Tykslab
Laboratoriotoimialue

Jakelu

VSSHYP yksiköt, CRST
