

Tarkennus seerumin estradiolin (S-E2, 1366) määrittelyyn liittyen (viitaten laboratoriotiedotteeseen 27/2019)				
Asian kuvaus	<p>1366 S-E2, Estradioli</p> <p>Menetelmäteknisistä syistä estradiolinäytteet, joiden tulos on alle 0.05 nmol/l, lähetetään tarkistukseen HUSLABiin toistaiseksi.</p> <p>Mikäli näytettä on vähän, se lähetetään suoraan HUSLABiin tehtäväksi.</p> <p>Menetelmä ei muutu (LC-MS/MS). HUSLABissa estradiolin alin vastattava tulos on 0.01 nmol/l.</p> <p>HUSLABissa analysoitujen näytteiden tulokset vastataan tutkimukselle S-E2 ja tulokseen liitetään lausunto: <i>Tehty HUSLABissa</i>.</p> <p>Vastausviiveet voivat jonkin verran pidentyä, jonka vuoksi kiireelliset näytteet on syytä tilata kiire –merkinnällä.</p>			
Näyte	Ei muutoksia tutkimuksen tilaamisessa, näytteenotossa, näytteen käsittelyssä tai säilytyksessä.			
Tiedusteluihin vastaavat	Tykslab osasto 931 p. (02) 313 1919, sairaalakemisti Anne Renvall (p. 050 560 4448) tai sairaalakemisti Tanja Savukoski (p. 050 440 1773).			
Allekirjoitukset	<table border="0"> <tr> <td>Tanja Savukoski sairaalakemisti</td> <td>Anne Renvall sairaalakemisti</td> <td>Maria Raitakari ylilääkäri</td> </tr> </table> <p>Tykslab, Tyks Laboratoriotuotimialue, VSSHP</p>	Tanja Savukoski sairaalakemisti	Anne Renvall sairaalakemisti	Maria Raitakari ylilääkäri
Tanja Savukoski sairaalakemisti	Anne Renvall sairaalakemisti	Maria Raitakari ylilääkäri		
Jakelu	VSSHP yksiköt, Turun Hyvinvointitoimiala, VSSHP:n alueen terveyskeskukset			