

Tutkimuksen P-CK-MBm (4525) viitealueessa on ollut virhe, joka on korjattu**Muutos tulee voimaan** 20.12.2022**Asian kuvaus****Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:**

4525, P-CK-MBm, P-Kreatiiniakinaasi, MB-alayksikkö, massa

Olemme huomanneet virheen tutkimuksen P-CK-MBm viitearvotiedoissa. Viitearvot ovat olleet päinvastaiset naisille ja miehille. Virhe koskee ajanjaksoa 01.10.2018-19.12.2022. Ennen 01.10.2018 viitearvona oli kaikille <6 µg/l, eikä virhe koske tätä ajanjaksoa.

Virheellisellä viitealueella ei ole ollut vaikutusta potilaskohtaisiin vastattuihin tuloksiin.

P-CK-MBm -tutkimuksen uudet viitearvot ovat seuraavat

Ikä	Uusi viiteväli (µg/l)	Vanha viiteväli (µg/l)
naiset	<4.9	<6.2
miehet	<6.2	<4.9

Pahoittelemme virhettä.

Näyte

Näytteenoton, -käsittelyn, säilytyksen ja lähetyksen ohjeistus säilyy ennallaan.

Tiedusteluihin vastaavatAnna Linko-Parvinen, ma. yl., 050-352 4360, anna.linko-parvinen@tyks.fi
Kristiina Keränen, vs. skem., 050-407 0774, kristiina.keränen@tyks.fi**Kirjallisuus**

Käytämme tässä tutkimuksessa analyysimenetelmän valmistajan (Roche Diagnostics GmbH, Saksa) toimittamia viitearvotietoja (99:n persentiiliin viitearvot naisille ja miehille).

AllekirjoituksetKristiina Keränen, vs. skem.
Anna Linko-Parvinen, ma. yl.**Jakelu**

VSSHYP yksiköt, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (Turun kaupunki), VSSHYP:n alueen terveystakeskukset