

Kardioliipinivasta-ainemäärityksen (S-KardAb 2031, Li-KardAb 3362) menetelmämuutos ja tulostason nousu

Osana syfilisdiagnostiikkaa otetaan kardioliipinivasta-aineiden määrittämisessä käyttöön uusi menetelmä 16.3.2023 alkaen. Syynä on aikaisemman testin poistuminen markkinoilta. Menetelmä perustuu aiemman menetelmän tavoin RPR (rapid plasma reagin) -testiin.

Uudella menetelmällä saadut positiiviset tulokset ovat keskimäärin 1-2 titteriä korkeampia kuin aiemmalla menetelmällä saadut tulokset. Aiempaan tapaan kardioliipinivasta-ainetitteriä verrataan mahdolliseen edelliseen S-KardAb-näytteen titteriin siten, että molemmat näytteet tutkitaan rinnakkain. Mahdolliset muutokset vastaainetasossa edelliseen näytteeseen verrattuna kyetään siten huomioimaan tulosten kommentoinnissa.

Jukka Hytönen
Yl, immunologia ja serologia
Kliininen mikrobiologia
Tyks laboratoriotuimialue
puh. 02 31 39168
jukka.hytonen@tyks.fi

Kaisu Rantakokko-Jalava
Oyl, vastuualuejohtaja
Kliininen mikrobiologia
Tyks laboratoriotuimialue
puh. 050 463 7270
kaisu.rantakokko-jakava@tyks.fi