

Troponiini T:n määrittysten vastausviiveet P-Troponiini T (P-TnT, 4532)

Muutos tulee voimaan 07.06.2023

Asian kuvaus

Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

Troponiini T:n määrittelyksissä on todettu yksittäisiä, mahdollisesti häiriövaikutuksesta johtuvia virheellisiä korkeita mittaustuloksia.

Tämän vuoksi rajan 50 ng/l ylittävät tulokset kontrolloidaan tarkistusmittauksella ennen vastauksen raportointia tutkimuksen tilaajalle. Menettelystä aiheutuu noin 20 minuutin lisäviive tuloksen vastaamiseen.

Vaikka häiriön todennäköisyys on pieni, tarkistusmenettely on välttämätön, jotta tutkimuksen vastausten virheettömyys voidaan varmistaa. Tarkistusmäärittelyksiä tehdään arvioituna 20.6.2023 asti.

Kliininen kemia selvittää häiriövaikutuksen syytä yhteistyössä laitetoimittajan kanssa. Tutkimuksen tilaaminen, näytettä koskevat tiedot, määrittely muilta osin, sen tulostaso ja tuloksen tulkinta säilyvät ennallaan.

Pahoittelemme lisäviiveestä tutkimuksen käyttäjille aiheutuvaa haittaa.

Tiedusteluihin vastaavat Kristiina Keränen, 0504070774, kristiina.keranen@tyks.fi
Mikhail Fomichev, oyl, 0503026762, mikhail.fomichev@tyks.fi

Allekirjoitukset Mikhail Fomichev, oyl
Anna Linko-Parvinen, ma. ylilääkäri

Jakelu VSSHP yksiköt