

Virheellisen korkeita P-Krea –tuloksia 26.6.2023. Tulokset korjattu laboratoriotietojärjestelmässä.

Muutos tulee voimaan 27.06.2023

Asian kuvaus

Muutos koskee seuraavia tutkimuksia:

2142 P-Krea, P-Kreatiniini

13470, Pt-GFReEPI, Pt-Glomerulussuodosnopeus, estimoitu, CKD-EPI-kaava

Tyks Laboratoriot Kliinisellä kemialla on vastattu virheellisen korkeita tuloksia tutkimukselle P-Krea aamupäivällä ma 26.6.2023.

P-Krea –tulokset ovat olleet jopa kaksinkertaisia verrattuna todelliseen tulokseen. Tulokset on korjattu oikeelliseksi laboratoriotietojärjestelmässä 26.6.2023 klo 18 mennessä.

Mikäli tulos laboratoriotietojärjestelmässä tämän jälkeen on edelleen korkea, on se todellinen korkea tulos. Laboratoriotietojärjestelmässä aiemmin vastattu virheellinen tulos näkyy korjauksen jälkeen lausuntona.

Korjatuista tuloksista on mahdollisuuksien mukaan soitettu tilaajille maanantai-illalla 26.6.2023, mutta kaikkia tilaajia ei valitettavasti tavoitettu. Soittoja jatkettiin tiistai-aamuna 27.6.2023.

Kyseessä oli analysaattorin toiminnassa ilmennyt vika, jota selvitetään. Virhe ei koske muita laboratoriotutkimuksia.

Pahoittelemme syvästi asiasta mahdollisesti aiheutunutta huolta ja lisätyötä sekä potilaille mahdollisesti aiheutunutta uutta näytteenottoa.

Tiedusteluihin vastaavat

Anna Linko-Parvinen, ma. yl., 050-352 4360, anna.linko-parvinen@tyks.fi

Analytiikka: aykem, Taina Katajamäki, 050-406 2775, taina.katajamaki@tyks.fi

Allekirjoitukset

Anna Linko-Parvinen, ma. yl

Jakelu

VSSHP yksiköt, Hyvinvoinnin palvelukokonaisuus (Turun kaupunki), VSSHP:n alueen terveyskeskukset